## Product name - "PINOCCHIO" helicoidal mouth opener + VENTO

## Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017




---

| | |
|---|---|
| **Italiano** | **Descrizione:** Apribocca elicoidale “PINOCCHIO” con dispositivo monouso VENTO per rianimazione bocca a bocca. Consente l’apertura/il mantenimento dell’apertura orale durante le manovre di primo soccorso.<br><br>**Dimensioni:** 15 × 4,5 × 4,5 cm. **Peso**: 0,06 kg.<br><br>**Istruzioni:** Utilizzare da personale formato secondo le procedure di primo soccorso/BLS. Aprire la confezione, verificare l’integrità. Posizionare l’apribocca secondo necessità clinica. Utilizzare VENTO per la ventilazione |

| | |
|---|---|
| | secondo le linee guida. Smaltire i dispositivi monouso dopo l'uso.<br><br>**Contenuto:**<br>• 1 × Apribocca "PINOCCHIO" in polietilene HD (alta densità)<br>• 1 × VENTO in plastica monouso (dispositivo per rianimazione bocca a bocca) |
| **English** | **Description:** "PINOCCHIO" helicoidal mouth opener with disposable VENTO mouth-to-mouth resuscitator. Helps open/maintain oral opening during first-aid manoeuvres.<br><br>**Dimensions:** 15 × 4.5 × 4.5 cm. **Weight**: 0.06 kg.<br><br>**Instructions:** For use by trained personnel according to first-aid/BLS procedures. Open the pack and check integrity. Position the mouth opener as clinically required. Use VENTO for ventilation according to guidelines. Dispose of single-use items after use.<br><br>**Contents:**<br>• 1 × "PINOCCHIO" mouth opener in HD polyethylene (high density)<br>• 1 × VENTO disposable plastic mouth-to-mouth resuscitator |
| **Français** | **Description:** Écarteur buccal hélicoïdal « PINOCCHIO » avec dispositif jetable VENTO pour la réanimation bouche-à-bouche. Aide à ouvrir/maintenir l'ouverture buccale lors des gestes de premiers secours.<br><br>**Dimensions:** 15 × 4,5 × 4,5 cm. **Poids** : 0,06 kg.<br><br>**Instructions:** À utiliser par du personnel formé selon les procédures de premiers secours/BLS. Ouvrir l'emballage et vérifier l'intégrité. Positionner l'écarteur buccal selon le besoin clinique. Utiliser VENTO pour la ventilation selon les recommandations. Jeter les éléments à |