Product name - Flat stethoscope

Cod: INF041

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione
Stetoscopio piatto a testina singola per auscultazione. Struttura leggera con archetto e padiglione in metallo, tubo in PVC e olive morbide.

Caratteristiche tecniche
Lunghezza tubo: 600 mm (±10 mm). Materiali principali: Testina:

lega di alluminio; Tubo: PVC Ø 8 mm (nero); Archetto: alluminio 5 mm; Olive: PVC morbido (bianco); Lamina molla: acciaio a molla; Binaurali: acciaio inox; Diaframma: PVC; Ghiera superiore: PVC (nero).

Istruzioni
Inserire le olive orientate in avanti. Posizionare il diaframma sulla zona da auscultare; applicare una leggera pressione. Pulire con panno morbido leggermente umido; non sterilizzare a caldo e non immergere. Conservare asciutto, lontano dal calore. Uso previsto: auscultazione non invasiva.

English

Description
Flat, single-head stethoscope for auscultation. Lightweight metal headset and chestpiece, PVC tube and soft eartips.

Technical specifications
Tube length: 600 mm (±10 mm). Main materials: Head: aluminium alloy; Tube: PVC Ø 8 mm (black); Suspension loop: aluminium 5 mm; Eartips: soft PVC (white); Spring lamination: spring steel; Binaurals: stainless steel; Diaphragm: PVC; Top ring: PVC (black).

Instructions
Insert eartips pointing forward. Place diaphragm on the exam area and apply gentle pressure. Clean with a soft damp cloth; do not heat-sterilize or immerse. Store dry, away from heat. Intended use: non-invasive auscultation.

Français

Description
Stéthoscope plat à simple tête pour l'auscultation. Arceau et pavillon métalliques, tube en PVC, embouts souples.

Caractéristiques techniques
Longueur du tube : 600 mm (±10 mm). Matériaux principaux : Tête : alliage d'aluminium ; Tube : PVC Ø 8 mm (noir) ; Arceau : aluminium 5 mm ; Embouts : PVC souple (blanc) ; Lamelle ressort : acier ressort ; Branches binaurales : acier inoxydable ; Diaphragme : PVC ; Bague supérieure : PVC (noir).

Instructions
Insérer les embouts orientés vers l'avant. Poser le diaphragme sur la zone à examiner avec une légère pression. Nettoyer avec un