EMOCONTROL – PRESSURE DRESSING WITH PAD

Cod: BEN239

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione	Tampobenda per emorragie: benda elastica con tampone compressivo centrale ad alto assorbimento, pensata per esercitare pressione diretta sul punto di sanguinamento e stabilizzare la medicazione. Indicata per primo soccorso e gestione di sanguinamenti moderati/importanti.
Dimensioni	Tampone compressivo: 120 × 55 mm. Confezione: 1 unità.
Istruzioni d'uso	Applicare direttamente sulla ferita con il tampone centrato sulla fonte di sanguinamento. Avvolgere la benda mantenendo una trazione progressiva per creare pressione; fissare con mezzi idonei. Se il sangue attraversa il tampone, non rimuoverlo: aggiungere ulteriore garza sopra e aumentare la pressione.

	Monitorare la circolazione a valle (colorito, sensibilità, temperatura).

English

Description	Hemorrhage control pressure dressing: elastic bandage with central highly absorbent pad, designed to apply direct pressure to the bleeding site and stabilize the dressing. Suitable for first aid and management of moderate/severe bleeding.
Dimensions	Pressure pad: 120 × 55 mm. Pack: 1 unit.
Instructions for use	Place the pad directly over the bleeding source. Wrap the elastic bandage applying progressive tension to create pressure; secure with suitable means. If blood soaks through, do not remove the pad: add more gauze on top and increase pressure. Monitor distal circulation (colour, sensation, temperature).

Français

Description	Pansement compressif hémostatique : bande élastique avec tampon central très absorbant, conçue pour exercer une pression directe sur le site hémorragique et stabiliser le pansement. Indiquée pour le premier secours et la prise en charge des saignements modérés/abondants.
Dimensions	Tampon compressif : 120 × 55 mm. Conditionnement : 1 unité.
Mode d'emploi	Positionner le tampon directement sur la source du saignement. Enrouler la bande en appliquant une tension progressive pour créer la pression ; fixer par des moyens appropriés. Si le sang transperce, ne pas retirer le tampon : ajouter de la gaze par- dessus et augmenter la pression. Surveiller la circulation distale (couleur, sensibilité, température).